

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika

# CERTIFIKÁT

číslo: B - 31 - 00633 / 01

vydaný výrobcí, firmě

**ALICO, spol. s r. o.**

Smetanova 104, 281 26 Týnec nad Labem  
identifikační číslo organizace: 44678169

na výrobek

**Relaxační a/nebo vodoléčebné zařízení  
Floating tank FLT 268 I**  
a odvozené varianty:  
**FLT 200, FLT 208, FLT 240, FLT 260**

U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Strojírenský zkušební ústav tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětných výrobků zjistil shodu jeho vlastností s aplikovatelnými požadavky

ČSN EN 60601-1:1994, ČSN EN 60601-1-2:1996.

Splnění těchto požadavků se považuje za splnění základních požadavků nařízení vlády č. 180/1998 Sb. ve znění nařízení vlády č. 130/1999 Sb.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č. 31-1051 ze dne 29. května 2001 pro účely vydání prohlášení o shodě výrobků s požadavky nařízení vlády. **Platnost certifikátu je omezena do 31. května 2006.**

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

V Brně dne 31. května 2001



Ing. Josef Bartl  
ředitel



Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Autorizace číslo 10/1997 ze dne 24. 7.1997

# CERTIFIKÁT

číslo: B - 31 - 00083 / 97

vydaný výrobcí

**ALICO s.r.o., REKORD, Smetanova 104, 281 26 Týnec nad Labem**

identifikační číslo organizace: 44678169

na výrobek

**Relaxační a/nebo vodoléčebné zařízení typ Floating tank FLT 268 I**

**a varianty: 200, 208, 240, 260**

U tohoto výrobku byla provedena certifikace ve smyslu §10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Strojirenský zkušební ústav tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s následujícími články norem:

ČSN EN 60601-1:1994, ČSN EN 60601-1-2:1996, ČSN EN 55011:1994,  
ČSN EN 60335-1+A55 :1997 čl. 22.11, IEC 335-2-60:1990 čl. 22.101.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č. 31-7149 ze dne 10.12.1997 vystaveného Strojirenským zkušebním ústavem - akreditovanou zkušební laboratoří č. 1045.1.

Výběr výše uvedených norem a předpisů byl proveden tak, aby výrobek, který je s nimi ve shodě, byl ve shodě s ustanoveními § 8 odst. 3 a 7 zákona č. 22/1997 Sb.

Certifikát se vydává pro účely prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 169/1997 Sb. Po vydání prohlášení mohou být výrobky označovány českou značkou shody bez identifikačního čísla.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

V Brně dne 12.12.1997



.....  
Ing. Josef Bartl  
ředitel